



防爆合格证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证号
Certificate No. CE13.2231X

产品名称

Name of Product

型号及规格

Type of Product

防爆标志

Marking

技术文件

Technical Documents

图号

Drawing No.

备注

Note (s)

红外线测温仪

RAYTEK ST80IS

Ex ia II C T4 Gb

技术咨询与报价

电话: 18823303057 QQ:2104028976

1. 产品采用两节 Varta Max Tech / Varta Industrial / Duracell Plus / Panasonic Pro Power AAA 电池串联供电。
2. 产品本身不允许带入 0 区, 但允许对 0 区执行非接触测量。
3. 环境温度: $0^{\circ}\text{C} < \text{Ta} < 50^{\circ}\text{C}$ 。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 其符合以下标准:

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards:

GB3836.1-2010

GB3836.4-2010

发给:

Issued to:

ecom instruments GmbH

本证失效日期:

Date of Expire:

2018-11-18

发证日期:

Date of Issue:

2013-11-18

中心印章

Center seal



中心主任

Director

刘弘光

石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心
Supervision & Test Center of Ex-products of China Petroleum & Chemical Industry

注: 本证仅对与送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the products that are in accord with sample(s) tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China Post code: 300131

邮政编码: 300131

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116

电话/传真: 022-26651066 / 26689116

http://www.pcec.com.cn